

不符合项报告

企业名称:	江苏中通管业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 杜青	
不符合事实描述: 实验室现场使用的一台 XNR-400B 型熔体流动速率仪加贴的计量确认标识不规范, 没有填写设备编号, 不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中 6.2.4 相关规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u>; 审核员(签名) <u>韩和</u> 陪同人员(签名) <u>杜</u> 企业部门代表(签名) <u>杜</u> 日期: 2021. 7. 19			
纠正措施: 将此设备标识内容完善, 并举一反三对所有测量设备标识进行核查。 企业部门代表签名: <u>杜</u> 审核员签名: <u>韩和</u> 日期: 2021. 7. 19			
纠正措施完成情况: 整改措施已完成, 验证有效。 审核组代表签名: <u>韩和</u> 日期: 2021. 7. 19			

可另附页