



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0050-2019-2021

|      |            |          |              |                                                                             |                                                         |             |           |               |
|------|------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 企业名称 | 咸阳同辉锻铸有限公司 |          |              |                                                                             |                                                         |             |           |               |
| 部门   | 测量设备名称     | 测量设备编号   | 型号规格         | 测量设备计量特性                                                                    | 测量标准装置名称及技术参数                                           | 检定/校准机构     | 检定/校准日期   | 符合打√<br>不符合打× |
| 生产部  | 双金属温度计     | 2002317  | (0-100)℃     | $U=0.5^{\circ}\text{C}$<br>(K=2)                                            | 标准铂电阻温度计二等                                              | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.17 | √             |
| 技检部  | 布氏硬度计      | 0013     | HB-3000B     | $U_{\text{rel}}=1.5\%$<br>K=2                                               | 标准布氏硬度块均匀度:<br>(0.4-0.9)%                               | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.15 | √             |
| 生产部  | 磁粉探伤机      | 116202   | CEW-2000     | $U=5\%$ K=2                                                                 | 电流互感器 0.2 级                                             | 西安计量技术研究院   | 2020.8.18 | √             |
| 技检部  | 金相显微镜      | 100924   | ——           | $U_{\text{rel}}=1.5\%$<br>(K=2)                                             | 玻璃线纹尺<br>$U=1.0\mu\text{m}$<br>K=2                      | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.15 | √             |
| 生产部  | 电子台秤       | 160574   | TCS-T33R-300 | $U=50\text{g}$ K=2                                                          | 砝码 F2 等级                                                | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.15 | √             |
| 技检部  | 温湿度表       | WSDB-001 | STH130C      | 温度:<br>$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ,<br>K=2<br>湿度:<br>$U=2\%\text{RH}$ ,<br>K=2 | 精密冷镜式露点仪<br>$U=0.3^{\circ}\text{C}$ , K=2<br>标准铂电阻温度计二等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.15 | √             |
| 生产部  | 比重计        | BZJ-002  | (0-70)bH     | $U=0.2\text{Bh}$<br>(K=2)                                                   | 二等标准密度计 二等                                              | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.3.16 | √             |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、西安计量技术研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由技检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 7 月 22 日~7 月 23 日

审核员签字:

左校

部门代表签字:

齐加波

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。