



编 号: 0153-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	北京双杰电气股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质量检验部		陪同人员: 姜丽	
不符合事实描述: 查质量检验部使用的“微机控制电子万能试验机”的计量确认标识显示的有效期限为 2021 年 11 月 22 日, 查其校准证书显示的校准日期为 2020 年 11 月 06 日, 又查“测量设备台账”显示, 该设备的周期间隔为 12 月。 不符合认证审核准则条款号: 7.1.2 计量确认间隔 不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <u>√</u> 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>姜丽</u> 企业部门代表(签名) <u>李常青</u> 日期: 2021 年 08 月 13 日			
纠正措施: 1. 立即对微机控制电子万能试验机之计量标识进行更换; 2. 举一反三, 查看其他之测量设备之计量标识, 是否存在同类问题, 若有, 及时解决。 企业部门代表签名: <u>李常青</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>立即整改, 纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: <u>2021.8.13.</u>			

可另附页