



编号: 0117-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏瑞邦农化股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 邓锡兰	
不符合事实描述: 查见产品 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂的检验报告单, 检验依据 GB22170-2008《吡嘧磺隆可湿性粉剂》标准, 其中一个检验项目为细度测量, 用到 44μm 的标准筛未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>/ <u> </u>; 次要不符合 <u> </u> ☒ <u> </u>; 审核员(签名) <u>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>邓锡兰</u> 企业部门代表(签名) <u>顾小雨</u> 日期: <u>2021.9.10</u>			
纠正措施: <u>立即联系相关人员将 44μm 的标准筛送检溯源。</u> <u>举一反三检查现场在用的设备有无遗漏情况一并整改。</u> 企业部门代表签名: <u>顾小雨</u> 审核员签名: <u>袁莉</u> <u>2021.09.10</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴志平</u> 日期: <u>2021.9.10</u> 可另附页			

