



测量设备溯源抽查表

编号: 0091-2018-2021

企业名称	河北通运石油机械有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量技术部	里氏硬度计	18427000 058/1207 486	TH110	$U_r=6.3HLD$ $k=2$	标准里氏硬度块 $U_{rel}=(0.5-1.0)\%$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2021.3.29	√
质量技术部	压力表	0615507	(0--100) MPa	1.6 级	标准活塞压力计 0.05 级	东莞市帝恩检测有限公司	2021.7.26	√
质量技术部	磁粉探伤机	ADSK1001 20	LF-50	$U=1.2N$ ($k=2$)	提升力试块 $U_r=0.03N$ ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2020.12.5	√
质量技术部	数显游标卡尺	A42877	(0-150) mm	$\pm 0.03mm$	量块 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2020.12.15	√
质量技术部	外径千分尺	500793	(75-100) mm	$\pm 0.004mm$	量块 5 等	华北油田计量中心站	2020、12、10	√
质量技术部	温湿度计	HP014001 3	JR742	温度 ± 2.0 湿度 ± 7.0	精密光电冷镜式露点仪 $U=0.3^\circ C$ ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2020、12、17	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准, 测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、华北油田计量中心站等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 8 月 12 日~ 8 月 13 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

杨昕

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。