



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东绿清源再生资源有限公司		
受审核部门	生产车间	陪同人员	卢新涛
不符合事实描述： 未提供出公司现场在使用 SCS-80 系列电子汽车衡（地磅称）1 台、SCS-15 电子电子汽车衡（地磅秤）1 台已检定合格相关证明，现场观察电子称具有自校系统自校无异常，与送货供方交流到厂前的自称重量与本公司该称重量未发现异常。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：汪桂丽 审核组长：汪桂丽 受审核方代表：卢新涛 日期：2021.7.20 日期：2021.7.20 日期：2021.7.20 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证主要内容：1. 不符合项纠正措施表 2. 培训记录 3. 所部电子汽车衡检定合格记。 结论：纠正措施实施有效 审核员：汪桂丽 日期：2021.7.21			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出公司现场在使用 SCS-80 系列电子称 1 台、SCS-15 电子计量衡 1 台已检定合格相关证明, 现场观察电子称具有自校系统自校无异常, 与送货供方交流到厂前的自称重量与本公司该称称量重量未发现异常。

纠正情况:

管理者代表负责立即向当地主管部门申请检定;

原因分析:

由于工作人员对 ISO 9001:2015 标准和管理手册中 7.1.5 条款, 学习理解不透彻

纠正措施:

- 1、管理者代表组织与监视和测量资源管理有关人员学习 ISO 9001:2015 标准和管理手册中 7.1.5 条款, 提高意识和掌握要求;
- 2、公司指定专人负责检定工作, 并管理者代表负责监督, 确保严格执行按计划提前一个月申请检定。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未再发现类似现象

受审核方纠正措施有效性的验证:

已有效整改合格

验证人:

受审核方代表:

日期: 2021.7.20

日期: 2021.7.20

培训记录表

QES/QA-06

时间：2021.7.20	培训项目：监视和测量 资源管理	培训教师：卢新涛
地点：会议室		培训方式：讲解
培训人员：陈木兰 于露荣		
内容摘要： 1、 ISO9001：2015 标准中 7.1.5 条 2、 管理手册中的 7.1.5 条 3、 计量法		
考核记录： 现场口头提问，均回答正确		
效果评价： 通过本次培训，有关人员都明确监视和测量资源管理要求，掌握基本知识并提高意识，有助于今后规范开展工作。		
评价人：卢新涛 卢新涛		

安丘市计量测试所

共2页 第1页

检定证书

证书编号：衡D字第21072002号

送检单位 山东绿源再生资源有限公司

计量器具名称 电子汽车衡

型号/规格 SCS-80

出厂编号 081010

制造单位 淮安经济开发区新科电子衡器厂

检定依据 JJG539-2016 数字指示秤检定规程

检定结论 准予作Ⅲ使用

批准人

核验员

检定员

检定日期 2021年07月20日

有效期至 2022年07月19日

计量检定机构资质认定证书号：(鲁)计计(2020)370706号 电话：4199313
地址：安丘市北京路新利源与彩虹街路口 邮编：262100
传真：0536-4363017 电子邮箱：shl16123@126.com

检定所使用的计量标准名称：衡器检定装置

测量范围：0-150t

不确定度或准确度等级或最大允许误差： M_1 等

计量标准证书号：[2008]潍量标计证字第001号

有效期至：2024年6月4日

检定的环境条件：常温

检定结果

最大秤量：80t

检定分度值 e ：20kg

检定项目		检定结果	要求
通用技术要求的检查		符合要求	见规程 6.0
置零准确度及去皮准确度		合格	$\pm 0.25e$
称量	$0 \leq m \leq 500e$	合格	$\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	$\pm 1.0e$
	$2000e \leq m \leq 10000e$	合格	$\pm 1.5e$
去皮后的称量	$0 \leq m \leq 500e$	合格	$\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	$\pm 1.0e$
	$2000e \leq m \leq 10000e$	合格	$\pm 1.5e$
重复性	50%最大秤量	合格	见规程 5.4
偏载		合格	见规程 5.4
旋转		/	/
鉴别阈		合格	见规程 5.8

以下空白

安丘市计量测试所

共2页 第1页

检定证书

证书编号：衡D字第21072001号

送检单位 山东绿清源再生资源有限公司

计量器具名称 电子汽车衡

型号/规格 SCS-15

出厂编号 /

制造单位 石家庄市北方衡器有限公司

检定依据 JJG539-2016 数字指示秤检定规程

检定结论 准予作 Ⅲ 使用

批准人

王昭海

核验员

刘永军

检定员

周军



检定日期 2021 年 07 月 20 日

有效期至 2022 年 07 月 19 日

计量检定机构授权证书号：(鲁)法计(2020)370706号 电话：4189313

地址：安丘市北区新安南路与彩虹街路口

邮编：262100

传真：0536-4363017

电子邮件：aqjls12365@126.com

安丘市计量测试所

共 2 页 第 2 页

检定所使用的计量标准名称：衡器检定装置

测量范围：0-150t

不确定度或准确度等级或最大允许误差：M₁等

计量标准证书号：[2008]潍量标计证字第 001 号

有效期至：2024 年 6 月 4 日

检定的环境条件：常温

检 定 结 果

最大秤量：15t

检定分度值 e：1kg

检定项目		检定结果	要求
通用技术要求的检查		符合要求	见规程 6.0
置零准确度及除皮准确度		合格	$\pm 0.25e$
称量	$0 \leq m \leq 500e$	合格	$\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	$\pm 1.0e$
	$2000e \leq m \leq 10000e$	合格	$\pm 1.5e$
除皮后的称量	$0 \leq m \leq 500e$	合格	$\pm 0.5e$
	$500e < m \leq 2000e$	合格	$\pm 1.0e$
	$2000e \leq m \leq 10000e$	合格	$\pm 1.5e$
重复性	50%最大秤量	合格	见规程 5.4
偏载		合格	见规程 5.4
旋转		/	/
鉴别阈		合格	见规程 5.8

以下空白