



编号: 0078-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	六安市顺达塑业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 张晓龙	
不符合事实描述: 检查质检部的测量设备检定、校准证书, 发现一只编号 94108, 0-2.5MPa, 1.6 级压力表, 检定日期 2021 年 01 月 07 日, 周期六个月, 有效期至 2021 年 07 月 06 日, 检定证书已超期, 测量设备未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款溯源性。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√____; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>张晓龙</u> 企业部门代表(签名) <u>陈越华</u> 日期: 2021.7.25			
纠正措施: <u>相关人员已于及时送检 立即将超期压力表送检, 查看现场有无类似情况一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>陈越华</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.7.25 可另附页			

