



编号: 0785-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏虎豹集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	往复式水浴恒温振荡器	70721074	SHA-C	$U=0.3^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	高精度数字温度计: $\pm (0.05\% \text{读数} + 0.05^{\circ}\text{C})$	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√
品管部	电子强力机	167	YG026C	$\pm 2.0\%$ $U_{\text{rel}}=0.5\%$ ($k=2$)	应变式标准测仪: $U_{\text{rel}}=0.1\%$ ($k=2$)	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√
生产部	压力表	180809682	(0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 精密压力表: 0.25 级 数字压力计: 0.05 级	扬州市计量测试技术研究所	2021.04.15	√
品管部	汗渍色牢度烘箱	80784	Yc(B)902G	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ $U=0.6^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温湿度巡检仪: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ ($k=2$) $U=2.0\% \text{RH}$ ($k=2$)	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√
品管部	滚筒摩擦机	HB / JS-014	HAJY-1	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ $U=0.6^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温湿度巡检仪: 温度: $0.15+0.002\text{t}$ 湿度: $\pm 2\% \text{RH}$	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√
品管部	套管温度计	003	(0~100) $^{\circ}\text{C}$	$U=0.08^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	二等标准铂电阻: 二等	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√
品管部	钢卷尺	02	5m	2 级	钢卷尺标准装置: $\pm (0.03+0.03L) \text{ mm}$	扬州市计量测试技术研究所	2021.07.26	√
品管部	落锤式织物撕裂仪	101047	YG033A	$\pm 1\%$ $U_{\text{rel}}=0.2\%$ ($k=2$)	力值砝码: F_1	江苏中科计量检测研究有限公司	2021.07.06	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由行政中心负责溯源。公司测量设备全部委托江苏中科计量检测研究有限公司、扬州市计量测试技术研究所进行检定/校准，检定/校准证书由行政中心保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 7 月 29 日上午~7 月 31 日上午

审核员签字: 刘东胜

部门代表签字: 张明记