



编号: 0793-2021

不符合项报告

企业名称:	沈阳新石科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:研发部		陪同人员:赵楠	
不符合事实描述: <p>查研发部编号:2020062204, 型号: TBS1072B, 设备名称: 数字存储示波器, 没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中 6.3.1 测量设备相关规定要求。</p>			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>胡敏</u> 陪同人员(签名) <u>赵楠</u> 企业部门代表(签名) <u>赵楠</u>			
日期: 2021 年 07 月 30 日			
纠正措施: <p>将编号:2020062204, 型号: TBS1072B, 设备名称: 数字存储示波器及时加入测量设备台账中, 并按照 SYXS/CX10-2021 《测量设备管理控制程序》进行管理。</p>			
企业部门代表签名: <u>赵楠</u> 审核员签名: <u>胡敏</u>			
纠正措施完成情况: <p>整改措施已落实, 验证有效。</p>			
审核组代表签名: <u>胡敏</u>		日期: 2021 年 07 月 30 日	

可另附页