编号：0102-2018-2021

不符合项报告

企业名称：	安徽海沃特水务股份有限公司	不符合报告编号：	01

受审核部门： 技术质检部 陪同人员： 周志伟

不符合事实描述：

技术质检部提供的《供方年度业绩评定表》缺少对怀宁县市场监督检验所校准机构的检测能力的评价记录。

不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__

审核员(签名) 陪同人员(签名)

企业部门代表（签名） 日期:2021.8.11

纠正措施:

组织相关的技术人员对怀宁县市场监督检验所校准机构的检测能力和资质进行评价，确保测量设备计量特性满足测量要求。并做好评审记录。

企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况:

整改措施已落实。验证有效。

审核组代表签名: 日期:2021.8.11

可另附页