



编号: 0093-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	安庆市悦发管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产技术部		陪同人员: 何伟	
不符合事实描述: 检查: 生产技术部检测室在用的温湿度表, 生产厂家: 河北衡水沈拓仪器仪表有限公司, 规格型号为 0~40℃, 编号 YF-WSDB-1, 已超过使用有效期, 未继续溯源送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>何伟</u> 企业部门代表(签名) <u>李琨</u> 日期: <u>2021.9.17</u>			
纠正措施: <u>由于人员疏忽未及时送检, 立即组织人员送检。</u> <u>举一反三, 检查现场在用测量设备有无类似情况一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>李琨</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: <u>2021.9.17</u>			

可另附页

