



测量设备溯源抽查表

编号: 0077-2016-2021

企业名称	安徽省三环纸业集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子天平	2193	F2003G	U $=0.0003g$ ($k=2$)	砝码 F1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√
生产部	台秤	BC20150101	TGT-500A	III级	砝码 F1 级 砝码组 M 1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√
品质部	电子天平	1902118	JT1003D	U $=0.0003g$ ($k=2$)	砝码 F1 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√
品质部	石墨炉原子吸收光度计	22-0936-01-0018	A3AFG-12	$U_{rel}=4.2\%$ ($k=2$)	标准溶液 $U_{rel}=4.0\%$ ($k=2$)	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√
品质部	非色散原子荧光光度计	22-9602-01-0109	PF6-2	U $=0.038ng$ ($k=2$)	原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 $U_{rel}=3.0\%$ ($k=2$)	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√
品质部	水分快速测定仪	H001	DHS16-A	质量: U $=0.3mg$ ($k=2$) 温度: U $=0.3^{\circ}C$ ($k=2$)	砝码 F1 级 数字温度计 U $=0.1^{\circ}C$ ($k=2$)	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.06.05	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准，校准/检定证书原件由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 28 日~10 月 29 日

审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。