



测量设备溯源抽查表

编号: 0016-2017-2021

企业名称		上海连成 (集团) 有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
	电液流量计	KTO312-083	DN50	0.5级	压力变送器 (0~1000000) kg/m	市计量院	2021/3/11	✓
	电液流量计	H0906999	0~500	0.5级	DN400 2~DN1200	市计量院	2021/4/29	✓
	电液流量计	SLFH-06	TIME 5201型	±12HLD	砝码 36HLD 50HLD	上海市计量院	2020/10/14	✓
	电液天平	473395	TCS-200	(0~200)kg	砝码 50g 20g	市计量院	2021/4/18	✓
	电液天平	3839	OCS-3t	0~3t	砝码 500g 20g	上海市计量院	2020/9/14	✓
	平板	7195	600x800mm	600x800mm	砝码 500g 20g	上海市计量院	2020/12/20	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查各设备溯源证书(报告), 溯源机构资质, 资质有效, 溯源有效, 企业溯源可接收。

审核日期: 2021年8月27日~8月27日

审核员签字: 彭国栋

部门代表签字: 陈建峰

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。