



a

编号: 0853-2021

测量设备溯源抽查表、

企业名称	成都华誉博能油气装备工程技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	测斜仪校验台	001	JJG-3	方位角: MPE: $\pm 0.30^\circ$ 井斜角: MPE: $\pm 0.05^\circ$	激光跟踪仪编号: LTS37210309	北京东方计量测试研究所	2020 年 11 月 21 日	√
质量部	深度尺	6103801359	0-300mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}(k=2)$	量块: 五等 3 级	广东中准检测有限公司	2021 年 5 月 25 日	√
质量部	游标卡尺	6107742758	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}(k=2)$	量块: 五等 3 级	广东中准检测有限公司	2021 年 5 月 25 日	√
质量部	外径千分尺	06349	(25-50) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=1 \mu\text{m}(k=2)$	量块: 4 等 3 级	广东中准检测有限公司	2021 年 5 月 25 日	√
质量部	外径千分尺	194745	(50-75) mm	$\pm 0.005\text{mm}$ $U=1 \mu\text{m}(k=2)$	量块: 4 等 3 级	广东中准检测有限公司	2021 年 5 月 25 日	√
质量部	带表游标卡尺	H1989644	(0-200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}(k=2)$	量块: 五等 3 级	广东中准检测有限公司	2021 年 5 月 25 日	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。企业测量设备全部委托北京东方计量测试研究所、广东中准检测有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 8 月 19 日 ~ 8 月 20 日上午 审核员签字: 杨永 部门代表签字: 李刚								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。