



测量设备溯源抽查表

编号: 0169-2020-2021

企业名称	莱州市霸力石油机械有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检科	千分尺	27880	(50-75) mm	$\pm 0.005\text{mm}$	检定测微量具标准器组: 4 等	莱州市计量测试所	2021.03.08	√
生产科	万能角度尺	23101	(0-320) °	$\pm 2'$	角度规检定装置: 1 级	莱州市计量测试所	2021.04.02	√
生产科	游标卡尺	5309100 392	(0-500) mm	$\pm 0.05\text{mm}$	检定游标量具标准器组: 5 等	莱州市计量测试所	2021.02.22	√
质检科	宽度直角尺	32018	200mm	1 级	直角尺检定装置: $U=0.8\mu\text{m } k=2$	莱州市计量测试所	2021.04.07	√
质检科	压力变送器	2018110 7	CYH300	0.2 级	压力变送器检定装置: 0.02 级	烟台市计量所	2021.04.30	√
生产科	压力表	150110.1 444	(0-4) MPa	2.5 级	数字压力计标准装置: 0.05%	莱州市计量测试所	2021.04.06	√
质检科	表面粗糙度比较样块	99291	Ra(6.3-0.012) μm	$U_{\text{rel}}=6\%k=2$	表面粗糙度比较样块: MPE: $\pm 5\%$	莱州市计量测试所	2021.04.07	√
质检科	覆层测厚仪	0000028 3230000 16	(0-1000) μm	B 级	测厚仪检定装置: $U=3\mu\text{m } k=2$	烟台市计量所	2021.04.27	√
质检科	声级计	0608045 08	1351	$U=0.1\text{dB } k=2$	声校准器: 1 级 多通道声分析仪: $U=0.3\text{dB } (k=2)$	烟台市计量所	2021.04.16	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托烟台市计量所、莱州市计量测试所进行检定校准, 检定校准证书由质检科保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 8 月 18 日上午~8 月 19 日上午

审核员签字:

部门代表签字: