



测量设备溯源抽查表

编号: 0026-2019-2021

企业名称	宁夏维尔铸造有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	电子万能试验机	17013478	CMT5305	$U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	标准测量力计 0.3 级	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.4.26	√
质量部	数显洛氏硬度计	14	200HRS-150	$U=0.4HRC$ $K=2$	洛氏硬度块 $U=0.4HR$ $K=2$	山东普测计量检测有限公司	2021.4.26	√
质量部	数显布氏硬度计	10	220HBS-3000	$U_{rel}=0.8\%$ $K=2$	布氏硬度块 $U_{rel}=0.6\%$ $K=2$	山东普测计量检测有限公司	2021.4.26	√
铸铁车间	智能温控仪	8410718TH	FWM00	$U=1.0^{\circ}C$ $k=2$	过程校验仪 0.02 级	山东普测计量检测有限公司	2020.12.10	√
铸铁车间	智能温控仪	9Y22456T	FWM00	$U=1.0^{\circ}C$ $k=2$	过程校验仪 0.02 级	山东普测计量检测有限公司	2020.12.10	√
铸铁车间	一般压力表	5207	Y-60 (0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表 (0-6) MPa 0.25 级	石嘴山市检验检测中心	2021.5.12	√
质量部	摆锤式冲击试验机	17013319	ZBC2320-CE	$U=1.6J$, $k=2$	冲击试验标准样品 $U_{rel}=1.5\%$ $k=2$	山东普测计量检测有限公司	2021.4.26	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托山东普测计量检测有限公司、石嘴山市检验检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 8 月 23 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。