



编号: 0026-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	宁夏维尔铸造有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	铸铁车间	陪同人员:	杨建
<p>不符合事实描述:</p> <p>查铸铁车间电子台秤, 型号: XK3190-A12 出厂编号: 1509054478, 校准日期 2020 年 7 月 21 号, 已超期未送检。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___;</p> <p>审核员(签名) <u>谭睿</u></p> <p>陪同人员(签名) <u>杨建</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李亚强</u></p> <p>日期: 2021. 08. 23</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即联系检定校准机构单位将电子台秤, 型号: XK3190-A12 出厂编号: 1509054478 委外校准。</p> <p>2. 举一反三, 排查其他测量设备如有超期未送检现象, 统一委外校准。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李亚强</u></p> <p>审核员签名: <u>谭睿</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施有效, 经验证同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>杨建</u></p> <p>日期: 2021. 8. 25</p>			

可另附页