



编号: 0866-2021

测量设备溯源抽查表、

企业名称	成都尚瑞斯仪器仪表有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量部	数字万用表	C210286235	UT33B+	Urel (k=2) 直流电压: 0.1%~0.2% 交流电压: 0.1%~0.2% 直流电阻: 0.1%~0.2% 直流电流: 0.1%~0.3% 交流电流: /	数字多用表校准装置: DCV: 20MmV~1000V ACV: 20MmV~1000V DCI: 20 μA~11A ACI: 20 μA~11A OHM: 1 Ω~100M Ω 最大允许误差: MPE: DCV: ±4.0*10 ⁻⁶ ACV: ±5.2*10 ⁻⁵ DCI: ±4.0*10 ⁻⁵ ACI: ±1.4*10 ⁻⁴ OHM: ±1.0*10 ⁻⁵	成都市 计量检 定测试 院	2021 年 4 月 9 日	√
技术质量部	压力变送器	00538412	JUM0401010	(0-0.6) MPa	全自动压力控制器 PPC4: 允许误差: ±0.08mA 最大误差: 0.054mA 允许回差: 0.08mA 最大回差: 0.048mA	成都市 计量检 定测试 院	2021 年 8 月 13 日	√
技术质量部	压力表	1304160394	(0-100) MPa	1.6 级	活塞式压力计: 不确定度: Urel = 0.8%, k=2	成都市 计量检 定测试 院	2021 年 8 月 13 日	√
技术质量部	数显卡尺	K21D28474 5	(0-150) mm	±0.03mm	量块: 5 等 (10-291.8) mm(12)	成都市 计量检 定测试 院	2021 年 8 月 13 日	√
技术质量部	超声流量计	2120449	WL-1A2	范围: 0.01-10m³/s 精度: 5%	标准表(涡轮)法气体 流量标准装置: 测量范围: 20-8000m³/h 扩展不确定度: U=0.33% (k=2) 流量计重复性: 0.05%	成都市 计量检 定测试 院	2021 年 8 月 13 日	√
技术质量部	水质综合分析仪	18B6C7061 62	5B-6C	COD, 5— 5000mg/L(分段);	标准直流电位仪器: 0.05 级	成都市 计量检	2021 年 8 月 13 日	√



				COD<50mg/L, $\leq \pm 10\%$; COD>50mg/L, $\leq \pm 5\%$ 浊度: 0.5—400NTU; $\leq \pm 5\%$		定测试院		
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由技术质量部负责溯源。企业测量设备全部委托成都市计量检定测试院检定/校准, 校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 8 月 15 日 ~ 8 月 16 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。