



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	氨氮水质在线自动分析仪泄露电流 检验过程		企业部门	技术质量部		
被测参数 要求	参数 M	20mA	导出计量要求	最大允许误差	$\pm 3.33\text{mA}$	
	公差 T	20mA		允许不确定度	$U=2.22\text{mA} (k=2)$	
	其他要求	无		其他要求	无	
测量过程要素控制状况:						
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求	
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足	
数字万用表	(0-200) mA	直流电流: U_{rel} ($k=2$) 0.1%~0.3%	0.2mA	/		
测量过程控制规范编号	《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程控制规范》				满足	
测量方法编号	依据标准 GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》				满足	
环境条件	常温				满足	
操作人员姓名	罗联伟, 培训后上岗				满足	
测量不确定度评定方法	见《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程不确定度评定》附录 A				满足	
有效性确认方法	见《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程有效性确认记录》附录 B				满足	
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程监视统计记录及控制图》附录 C				满足	
综合评价	审核记录: 1. 查《氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4. 查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5. 查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。					



北京国标联合认证有限公司


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-10 测量过程控制检查表（07 版）

	审核结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合（注：在选项上打√，只选一项。）
--	--

审核日期： 2021 年 8 月 16 日

审核员： 


企业部门代表