



编号: 0866-2021

不符合项报告

企业名称 :	成都尚瑞斯仪器仪表有限公司	不符合报告编号:	01
企业下属部门: 技术质量部		陪同人员: 罗联伟	
不符合事实描述: 现场发现技术质量部在用仪器 编号为 2101006307 的酸度计, 没有进行计量确认。 不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.1. 计量确认中 7.1.1 总则的管理要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>刘杰</u> 陪同人员(签名) <u>罗联伟</u> 企业部门代表(签名) <u>罗联伟</u> 日期: 2021 年 8 月 16 日			
纠正措施: 1、 按要求送检编号为 2101006307 的酸度计, 计量确认合格后投入使用。 举一反三, 认真排查整改, 确保再用测量设备按期检定/校准, 确认满足体系管理要求。组织相关人员开展测量管理体系相关知识培训。 企业部门代表签名: <u>罗联伟</u> 审核员签名: <u>刘杰</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>刘杰</u> 日期: 2021 年 8 月 16 日			

可另附页