



编号: 0860-2021

不符合项报告

企业名称:	福建泉牌阀门科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部		陪同人员: 陈庆平	
不符合事实描述: 检查品管部实验室, 现场使用的规格型号为 WDW-50、出厂编号为 CD130823 的微机控制电子万能试验机工作环境要求: 温度: (10~35) °C, 相对湿度 (20~80) %RH, 但企业未安装空调也未配备温湿度仪, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√ </u>: 审核员(签名) <u>王峰</u> 陪同人员(签名) <u>金明钦 陈庆平</u> 企业部门代表(签名) <u>沈少华</u> 日期: 2021 年 8 月 18 日			
纠正措施: 立即按照公司相关规定安装空调, 采购温湿度仪, 并送检溯源, 举一反三检查公司在用的所有测量设备, 有无类似情况, 并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>沈少华</u> 审核员签名: <u>王峰</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>王峰</u> 日期: 2021 年 8 月 18 日			

可另附页

