



编号: 0854-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京六合伟业科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量安全部	百分表	3040631	(0-5) mm	$U=0.01 \quad K=2$	量块 4 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.11.16	√
质量安全部	邵氏硬度计	6J222	A 型	多功能校准器 DCV: $\pm 0.005\%$ DCA: $\pm 0.01\%$ ACV: $\pm 0.05\%$ ACA: $\pm 0.06\%$ OHM: 0.01%	邵氏硬度 (试验力) 检定装置 试验力 $U_{rel}=0.46\% \quad k=2$ 邵氏硬度计专用量块 $U=0.002, k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2021.5.10	√
质量安全部	深度游标卡尺	7420	(0-300) mm	$U=0.02 \quad K=2$	量块 4 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.11.16	√
质量安全部	数字万用表	MY4501786 6	34401A	DCV: $\pm 0.005\%$ DCA: $\pm 0.01\%$ ACV: $\pm 0.05\%$ CAA: $\pm 0.06\%$ OHM: 0.01% $K=2$	邵氏硬度 (试验力) 检定装置 试验力 $U_{rel}=0.46\% \quad k=2$ 邵氏硬度计专用量块 $U=0.002, k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2021.5.10	√

审核综合意见:

公司已制定公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，该公司未建计量标准，测量设备由质量部负责溯源。

公司测量设备委托广东精衡检测科技有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司、广州广电计量检测股份有限公司等检测机构检定/校准，校准/检定证书由质量安全部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 8 月 17 日~8 月 18 日

审核员签字:

孙万春

部门代表签字:

丁