



编号：0092-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	管材断裂伸长率测试	被测参数要求(含公差)	(370±20)%		
被测参数要求识别依据文件		GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》			
计量要求导出方法（可另附） GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》，管材断裂伸长率≥350%，转换为企业内控标准（370±20）% 1、测量参数公差范围： $T=\pm 20\%$ ； $\Delta允\leq 1/3 T = \pm 20\% \times 1/3 = \pm 6.7\%$ ； 2、测量设备的导出：XWW-20KN 型 万能试验机 测量范围：（0~20）kN 最大允许误差±1%，满足计量要求。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	万能试验机 2932	XWW-20KN 型	±1%	HK0621051 7006	2021.5.7
计量验证记录 编号：2932 万能试验机 经 2021.5.7 校准，测量设备最大允许误差小于±1%，满足于测量过程最大允许误差±6.7%的要求。 验证结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：罗雅华 验证日期：2021年8月24日					
认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名：李利 企业代表签字：葛志芳 审核日期：2021年8月24日					