



测量设备溯源抽查表

编号: 0096-2018-2021

企业名称	北京华夏源洁水务科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品控部	绝缘电阻测试仪	SBBH-007 61010-1	ZC88D	绝缘电阻: $\pm 20\%$ $U_{rel}=1.5\% k=2$	可调式高阻箱: 0.2 级	江苏银河计量检测有限公司	2021.8.18	√
品控部	耐压测试仪	SBBH-008 AHRG057-032	CS2673X	电压: $\pm 5\%$ $U_{rel}=1.3\% k=2$	耐压测试仪检定装置: 电压 $U_{rel}=0.20\%, k=2$	江苏银河计量检测有限公司	2021.8.18	√
品控部	接地电阻测试仪	SBBH-011 3041	CJ2520	$U_{rel}=0.2\% k=2$	接地电阻表检定装置: $U_{rel}=3 \times 10^{-2}, k=2$	江苏银河计量检测有限公司	2021.8.18	√
品控部	压力表	SBBH-003 002	0-1.6MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	淮安市计量测试中心	2021.06.15	√
品控部	超声波流量计	TM00031159	TUF-2000 P	$\pm 0.3\%$ $U_{rel}=0.3\% k=2$	标准表法水流量标准装置: $U_{rel}=0.2\% k=2$	安正计量检测有限公司	2020.10.29	√
品控部	电子数显卡尺	SBBH-017 S171210970	0-200mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm} k=2$	量块: 5 等	江苏银河计量检测有限公司	2021.8.18	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,未建计量标准,测量设备全部委托淮安市计量测试中心、江苏银河计量检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由人力行政部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 8 月 27 日上午~2021 年 8 月 28 日上午

审核员签字:

李革

部门代表签字:

沈琳