



编号: 0096-2018-2021

### 不符合项报告

企业名称:	北京华夏源洁水务科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品控部		陪同人员: 刘海芹	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查品控部的现场视频, 发现声级计 (型号: SBBH-016, 编号: 980925) 未提供有效校准证书, 经确认该设备未送检。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u>;</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>李革</u> 陪同人员 (签名) <u>刘海芹</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>沈琳</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 08 月 28 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、立即对发现声级计 (型号: SBBH-016, 编号: 980925) 进行送检。</li> <li>2、由品控部牵头, 检查其它测量设备的溯源情况, 若有类似问题全面解决。</li> </ol> <p>企业部门代表签名: <u>沈琳</u>                      审核员签名: <u>李革</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行</p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u>                      日期: 2021 年 08 月 28 日</p>			

可另附页