



编号: 0933-2021

### 测量设备溯源抽查表

| 企业名称  | 北京三盈联合石油技术有限公司 |                   |                     |                                    |                                                                                                                                                                            |                  |               |               |
|-------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 部门    | 测量设备名称         | 测量设备编号            | 型号规格                | 测量设备计量特性                           | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                                                                                              | 检定/校准机构          | 检定/校准日期       | 符合打√<br>不符合打× |
| 质量管理部 | 标准金属量器         | 110612            | BJL-7SDZ-50         | $\pm 2.5 \times 10^{-4}$           | 一等金属量器标准装置:<br>$\pm 5 \times 10^{-5}$                                                                                                                                      | 北京市计量检测科学研究院     | 2021.6.1      | √             |
| 质量管理部 | 外径千分尺          | B80640            | (0~25)mm/<br>0.01mm | $\pm 4 \mu m$                      | 测微量具检定装置:<br>量块 3 等、4 等;<br>环规: $U=0.35 \mu m+3L k=2$ ;<br>测长机: MPE:<br>$\pm (0.5+L/100) \mu m$                                                                            | 北京市计量检测科学研究院     | 2021.3.5      | √             |
| 质量管理部 | 耐震压力表          | HC696106<br>94554 | (0~1)MPa            | $U=1.2\%FS$<br>$k=2$               | 数字压力表:0.05 级                                                                                                                                                               | 中检世标(北京)计量检测有限公司 | 2021.4.1      | √             |
| 质量管理部 | 耐压测试仪          | 1611075<br>-009   | CS2673X             | 5 级                                | 耐电压测试仪检定装置:<br>交直流电压: $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\% \text{满度}) \sim \pm 0.5\%$ ,<br>交直流电流: $(0.2\% \text{读数} + 0.1\% \text{满度}) \sim \pm 0.5\%$ ,<br>输出电压持续时间: $\pm 0.5\%$ | 北京市计量检测科学研究院     | 2021.3.1<br>0 | √             |
| 质量管理部 | 自耦调压变压器        | T17032425         | ISGC2—<br>9KVA      | $U=0.3V$<br>$U_{rel}=5\%$<br>$k=2$ | 数字多用表: $1 \times 10^{-4} k=2$                                                                                                                                              | 中国计量科学研究院        | 2020.3.6      | √             |
| 质量管理部 | 电子秒表           | 2019094           | PC3830A             | $U=0.02s$<br>$k=2$                 | 毫秒表时间检定仪<br>$1 \times 10^{-7} T_0 + 3ms$                                                                                                                                   | 中检世标(北京)计量检测有限公司 | 2021.1.2<br>2 | √             |
| 质量管理部 | 电子台秤           | S14070378         | TCS-500A            | III 级                              | M1 等级砝码: M1 等级                                                                                                                                                             | 广州广电计量检测股份有限公司   | 2021.3.2<br>7 | √             |

审核综合意见:

公司已制定《测量设备溯源管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中检世标(北京)计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 9 月 2 日~ 9 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。