



编号: 0933-2021

不符合项报告

企业名称:	北京三盈联合石油技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产制造部		陪同人员: 张钊	
不符合事实描述: 查生产制造部流量计测试现场的型号规格为“BL-2”的“标准金属量器”, 计量确认标识有效日期为 2021 年 6 月 2 日, 查其检定证书检定日期为 2019 年 06 月 02 日 (周期间隔 24 月), 查《测量设备台账》上注明“停用”, 但未提供出测量设备申请停用的记录。 不符合认证审核准则条款号: “6.3.1 测量设备” 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√____; 审核员(签名) <u>张钊</u> 陪同人员(签名) <u>张钊</u> 企业部门代表(签名) <u>赵元之</u> 日期: 2021 年 9 月 3 日			
纠正措施: 1. 针对该标准金属量器, 立即填写测量设备申请停用记录并粘贴“停用”标识; 2. 针对此类问题, 举一反三, 排查台账及现场测量设备, 保证类似问题不再重复发生。 企业部门代表签名: <u>赵元之</u> 审核员签名: <u>张钊</u>			
纠正措施完成情况: <u>经审核员现场确认可行。</u> 审核组代表签名: <u>张钊</u> 日期: <u>2021.9.3</u>			

可另附页