



测量设备溯源抽查表

编号: 0078-2017-2021

企业名称	经纬空间信息科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
基础测绘部	手持式激光测距仪	011094	R40	2 级	因瓦标准尺 $\pm (0.03+0.03L)$ mm	福建省测绘计量检定站	2020 年 11 月 27 日	√
基础测绘部	全球定位系统 (GPS) 接收机	S86467117 186070AS N	S86	天线相位: $U(tx)=2.0\text{mm}, k=2$; 短基线: $U(dj)=3.8\text{mm}, k=2$; 中、长基线: $U(cj)=6.2\text{mm}, k=2$;	GNSS 接收机检定场超短基线场 $\pm 0.09\text{mm}$	福建省测绘计量检定站	2020 年 12 月 18 日	√
基础测绘部	手持式激光测距仪	014729	R60	2 级	因瓦标准尺 $\pm (0.03+0.03L)$ mm	福建省测绘计量检定站	2020 年 11 月 27 日	√
基础测绘部	全站仪	S112911	NTS-3 62R6L	II 级	全站仪检定装置 平角 MPE: $0.3''$ 竖直角 MPE: $1.0''$	福建省计量科学研究院	2020 年 11 月 25 日	√
总工办	全站仪	CX-101	GP074 2	II 级	全站仪检定装置 平角 MPE: $0.3''$ 竖直角 MPE: $1.0''$	福建省计量科学研究院	2020 年 11 月 26 日	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由总工室负责溯源。公司测量设备全部委托福建省测绘计量检定站、福建省计量科学研究院进行检定/校准, 检定校准证书由总工室保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 9 月 6 日上午~9 月 7 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。