



编号: 0078-2017-2021

### 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                  | 经纬空间信息科技有限公司 | 不符合报告编号:  | 01 |
| 受审核部门: 总工室                                                                                                                                                                                                                             |              | 陪同人员: 李文倩 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查仪器存放室一“温度湿度表”, 未粘贴计量确认标识。经确认未送检。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性</p> <p>不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>审核员(签名) 郭永强 陪同人员(签名) 李文倩</p> <p>企业部门代表(签名) 陈国庆</p> <p>日期: 2021 年 9 月 7 日</p> |              |           |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>1. 及时将温湿度表进行送检;</p> <p>2. 举一反三, 查看公司是否有类似的情况, 发现后一并整改。</p> <p>企业部门代表签名: 陈国庆 审核员签名: 郭永强</p>                                                                                                                             |              |           |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>上述制度的纠正措施有效。</p> <p>审核组代表签名: 郭永强 日期: 2021.9.7</p>                                                                                                                                                                  |              |           |    |

可另附页