



测量设备溯源抽查表

编号: 0090-2018-2021

企业名称	湖北天霖新材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量监测室	电子秤	TL-M-20	TCS-300	$U= (0.05-8) \text{ g}$ ($K=2$)	砝码 F_2 等级 砝码 F_1 等级	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	电子天平	TL-M-03	FA1204B	$U= (0.01-1) \text{ mg}$	砝码 200g-1mg E2	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	熔体流动速率测定仪	TL-M-05B	XNR-400A	温度: $U=0.6^\circ\text{C}$ 速率: $U=0.3\text{g}/10_{\min}$ ($K=2$)	电子天平 II 级 温湿度巡检仪 MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	管材静液压试验机	TL-M-11	XGY-10B	$U_{\text{rel}}=0.40\%$ ($K=2$)	测力仪 MPE: $\pm 0.3\%$	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	密度计	TL-M-04	MH-300A	$U=0.0004\text{g}/\text{cm}^3$ ($K=2$)	砝码 E2	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	管材壁厚测量仪	TL-M-16	(0-34)mm	$U=0.01\text{mm}$ ($K=2$)	量块 3 等 1 级	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√
质量监测室	热变形维卡软化点温度测定仪	TL-V-03	KXRW-300 AT-3	$U=3 \mu\text{m}$ ($K=2$)	数据采集器 $U=0.4^\circ\text{C}$ ($K=2$) 量块 3 等 秒表 $U=0.01\text{s}$ ($K=2$)	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021-4-30	√
质量监测室	环刚度试验机	TL-M-09	ZL-A50KN	$U_{\text{rel}}=0.4\%$ ($K=2$)	测力仪 MPE: $\pm 0.3\%$	东莞凯威计量技术有限公司	2021-5-13	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司(未)建最高计量标准,公司测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司,中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准,校准/检定证书由办公室保存。根据抽查 8 台件,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 9 月 13 日下午~9 月 14 日 上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。