



测量设备溯源抽查表

编号: 0088-2017-2021

企业名称	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
计量质检部	电子汽车衡	Q01513-6JP	SCS-150型	III级	砝码: M1 等级	连云港市赣榆区综合检验检测中心	2021-8-28	√
安环部	压力表	HY7055219 57474	Y-100	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	连云港市赣榆区综合检验检测中心	2021-8-16	√
计量质检部	电导率仪	R22140300 64	DDS-11A	2.0 级	电导率仪检定装置: 标准物质: $U_{rel}=0.25\%$ ($k=2$) 标准器: $U=3\times 10^{-4}$ ($k=2$)	连云港市计量检定测试中心	2021-3-25	√
炼钢厂	三相多功能仪表	1	BNM20-BS1T	0.5 级	交直流电压、电流表检定装置 直流电压: $\pm 0.005\%$ 直流电流: $\pm 0.05\%$ 交流电压: $\pm 0.05\%$ 交流电流: $\pm 0.1\%$	连云港市计量检定测试中心	2021-5-12	√
计量质检部	微机控制电液伺服万能试验机	31206006	SHT4605/(0~600)kN	$U_{rel}=0.46\%$ ($k=2$)	测力仪标准装置: 0.3 级	连云港市计量检定测试中心	2021-3-25	√
计量质检部	酸度计	600408N00 151120971	pHS-3C	0.01 级	酸度计检定装置: pH 标准物质: $U=0.01$ pH ($k=3$) pH/离子计检定仪: 0.0006 级	连云港市计量检定测试中心	2021-3-25	√
计量质检部	金属拉伸试样标距仪	14-333	YD-400	$U=0.07$ mm ($k=2$)	数显卡尺: (0-200)mm MPE: ± 0.03 mm (0-300)mm MPE: ± 0.04 mm	连云港市计量检定测试中心	2021-3-25	√
计量质检部	电子天平	B64734782 3	LE84E	I 级	砝码: F1 等级	连云港市计量检定测试中心	2021-3-25	√

审核综合意见:

公司共建立四项企业计量标准(二等铂电阻温度计标准装置、压力表检定装置、廉金属热电偶校准装置、压力变送器检定装置),测量设备由计量质检部负责溯源。公司测量设备全部委托连云港市计量检定测试中心、连云港市赣榆区综合检验检测中心进行检定校准,检定校准证书由计量质检部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 09 月 25 日上午-09 月 26 日下午

审核员签字: 汪宁艺

部门代表签字:

孙晓亮