



编号: 0088-2017-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 设备部		陪同人员: 杜晓亮	
不符合事实描述: 查设备部“智能压力校验仪”的检定证书有效期至 2021 年 7 月 28 日, 经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 汪宁艺 陪同人员(签名) 杜晓亮 企业部门代表(签名) 孟凡丽 日期: 2021 年 9 月 26 日			
纠正措施: 1. 立即对“智能压力校验仪”进行送检。 2. 举一反三, 全面检查其他的检测设备, 若有类似问题, 一并解决。 企业部门代表签名: 孟凡丽 审核员签名: 汪宁艺			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: 刘复荣 日期: 2021 年 9 月 26 日			

可另附页