



测量设备溯源抽查表

编号: 0092-2017-2021

企业名称	江苏宜尔杉集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	计米器	YES-044	Z96-f	$U_{ref}=0.3\%$ $k=2$	智能测长仪: +0.15% 游标卡尺: $U=1.2\text{mm } k=2$	扬州市天域 计量测试有 限公司	2021-6-30	√
生产部	纤维卷尺	YES-002	1.5m	二级	钢卷尺标准装置: $\pm(0.03+0.03L)\text{mm}$	连云港市计 量检定测试 中心	2021-9-23	√
生产部	压力表	HC675612 15921	Y-100	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	连云港市计 量检定测试 中心	2021-5-21	√
质检部	绝缘电阻表	03111681	ZC25-3	10 级	绝缘电阻表检定装置: 电阻: (0.2-5.0) 级 电压: $\pm 0.1\%$	连云港市计 量检定测试 中心	2021-9-23	√
生产部	钢直尺	ZSL	(0-500) mm	$\pm 0.15\text{mm}$	标准金属线纹尺: 三等	连云港市计 量检定测试 中心	2021-9-23	√
质检部	电子天平	015912	YP10002	$\pm 0.15\text{g}$ $U=0.02\text{g}$ $k=2$	砝码: F_1 等级	山东凯利布 森测控技术 有限公司	2021-9-9	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托连云港市计量检定测试中心、山东凯利布森测控技术有限公司、扬州市天域计量测试有限公司进行检定校准, 检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 09 月 23 日上午—2021 年 09 月 24 日上午								
审核员签字: 汪宁艺 部门代表签字: 张野								