



编号: 0092-2017-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏宜尔杉集团有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 苏仕玲
不符合事实描述: 查: 质检部(实验室)现场未能提供出 2021 年 9 月 22 日的温湿度记录。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.2 环境 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) <u>汪宇光</u> 陪同人员(签名) <u>苏仕玲</u> 企业部门代表(签名) <u>张雪芹</u> 日期: 2021 年 9 月 24 日	
纠正措施: 1. 及时填写温湿度记录。 2. 查看其他记录如有类似问题一起解决。 企业部门代表签名: <u>张雪芹</u> 审核员签名: <u>汪宇光</u>	
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘爱华</u> 日期: <u>2021 年 9 月 24 日</u>	

可另附页