



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (1) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州华煜铁路器材有限公司	陪同人员	周开明
受审核部门	质检部	预计整改完成日期	2021.9.20

不符合事实描述:

不能提供在用压力表的有效检定或校准证据, 不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 
日期: 2021.9.17

审核组长: 
日期: 2021.9.17

受审核方代表: 
日期: 9.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录
实施有效。

审核员: 

日期: 2021.9.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用压力表的有效检定或校准证据, 不符合标准要求。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求;

预定完成日期: 2021. 9. 20

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已校准合格, 实施有效。

验证人:

日期:

2021. 9. 10

受审核方代表:

日期:

2021. 9. 10

员工培训考核记录表

时间：2021.9.10	培 训 主 题	培训教师： 周石磊
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求； 4. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的要求； 5. 学习公司的《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》的要求，疫情防控的重要性； 6. 学习公司计量器具校准的基本要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：  日期：2021 年 9 月 10 日	

沧州市计量测试所

检定证书

证书编号: YL022719865 号

送检单位: 沧州华煜铁路器材有限公司

客户地址: 东光

计量器具名称: 压力表

型号 / 规格: (0~1.6)MPa

出厂编号: 2008186

制造单位: 青岛圣华仪器仪表有限公司

检定依据: JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程

检定结论: 符合1.6级要求



批准人:

核验员:

检定员:

检定日期: 2021 年 09 月 10 日
有效期至: 2022 年 03 月 09 日

计量检定机构授权证书号: (冀)法计(2018)F007号

地址: 河北省沧州市配件北路14号

邮编: 061001

电话: (0317) 2184588

传真: (0317) 2183875

网址: www.czjls.com



第 1 页 共 3 页