编号：0952-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	大安市鸿聚石油钻采有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
质检部	石油油管螺纹工作量规	P-21-e01/R-21-e01	2 7/8 TBG	U =9μm k=2	数显高度仪：E:(2.0+3L/1000)μm	中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室石油工业专用螺纹量规计量站	2021 年 07 月 26 日	√
质检部	洛氏硬度计	0904	HR-150A	±1.5HR	标准硬度块：0.4HRC	白城市计量检定测试所	2021 年 03 月 18 日	√
质检部	螺纹塞规	1508	M36x1.5-6H	U =1.3μm k=2	测长机：U =0.2μm+1.6×10^{-6} k=2	黑龙江圣辉计量检测技术服务有限公司	2020 年 11 月 05 日	√
质检部	压力表	09.7685	（0～40）MPa	1.6 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	长春柯旭计量技术有限公司	2021 年 05 月 19 日	√
质检部	涂层测厚仪	20210322	MC-200A	U =4μm k=2	校验仪：U =2μm k=2	黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司	2021 年 03 月 22 日	√
质检部	真空压力表	253	（-0.1～0）MPa	1.6 级	智能数字压力校验仪 数字压力模块 0.05 级	白城市计量检定测试所	2021 年 03 月 18 日	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室 石油工业专用螺纹量规计量站、白城市计量检定测试所、黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司、黑龙江圣辉计量检测技术服务有限公司、长春柯旭计量技术有限公司等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2021 年 09 月 07 日~2021 月 09 月 08 日

审核员签字：李晓仪　　部门代表签字：祁飞峰

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。