



测量设备溯源抽查表

编号: 0065-2017-2021

企业名称	山西潞安技术咨询开发研究有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产检测部(宁武检测站)	直流数字电表	03721	(0-20) mA	0.1 级	直流电压、电流 检定装置 0.01 级	山西潞安技术咨询开发研究有限公司计量室	2021.8.30	√
生产检测部	智能电子皂膜流量计	161004087	TH-ZM8	±0.55%, k=2	皂膜气体流量 标准装置 (10~600) mL 且 (0.001~1.2) L/min 时: $U_{rel}=1.0\%$, $k=2$ (1000~6000)mL 且 (0.1~12) L/min 时: $U_{rel}=0.5\%$, $k=2$	河北省计量监督 检测研究院	2021.5.28	√
生产检测部	空盒气压表	12010623	DYM3	/	空盒起亚表 (计) 检定装置 0.01 级	河北省计量监督 检测研究院	2021.5.27	√
生产检测部	特稳便携式校验仪	832B151	JY832	0.01 级	多功能校准器 DCV:(3.8~10)× 10 ⁻⁶ ; DCI:(4~9)10 ⁻⁵ ;O HM:(8.5~100)10 ⁻⁶ ;ACV:(5~800)10 ⁻⁵ ;ACI:(1.5~5)10 ⁻⁴ ; (k=2)	河北省计量监督 检测研究院	2021.5.31	√
					数字多用表 DCV:(2.9~4.5)× 10 ⁻⁶ ; DCI:(6.5~380)10 ⁻⁶ ;OHM:(7.5~130) 10 ⁻⁶ ;ACV:(6~30) 10 ⁻⁵ ;ACI:(2.5~25) 10 ⁻⁴ ;(k=2)	河北省计量监督 检测研究院	2021.5.31	√
生产检测部	耐电压测试仪	N14949	ZHZ8A	5 级	耐电压测试仪 检定装置 0.5 级	山西省计量科学 研究院	2021.3.2	√
生产检测部	声级计	360357	AWA5636	2.0 级	电声标准装置 声压级: $U=0.6\text{dB}\sim 1.0\text{dB}$, $k=2$ 在参考频率	河北省计量监督 检测研究院	2021.4.30	√





					1kHz 上, $U=0.10\text{dB}, k=2$ (压力场)			
生产检测部	电子秒表	ZB218952	PS-528	/	秒表检定仪标准装置 机械秒表、电子秒表: MPE: $\pm(2 \times 10^{-7} \times T + 3\text{ms})$ 指针式电子秒表: MPE: $\pm 0.6\text{ms}$; 数字式电子秒表: MPE: $\pm(2 \times 10^{-7} \times T + 3\text{ms}) \mu\text{ms}$	河北省计量监督检测研究院	2021.6.7	√
生产检测部	玻璃转子流量计	LZB-3WB	8878	4.0 级	皂膜式气体流量标准装置 (50~2000) mL/min1.0 级 (30~300) mL/minUrel=1.17%, k=2	山西省计量科学研究院	2021.3.15	√
生产检测部 (环气配制室)	气体分析器	3.387083.8	AO2020	$\pm 5\%$	高精度配气仪 $U_{\text{rel}}=0.5\%, k=2$	国家分析仪器质量监督检验中心	2021.5.26	√
					氮中一氧化氮气体标准物质 $U_{\text{rel}}=1.0\%, k=2$	国家分析仪器质量监督检验中心	2021.5.26	√
					氮中二氧化硫气体标准物质 $U_{\text{rel}}=1.0\%, k=2$	国家分析仪器质量监督检验中心	2021.5.26	√
					电子秒表 $U_{\text{rel}}=0.02\text{s}, k=2$	国家分析仪器质量监督检验中心	2021.5.26	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司(已)建最高计量标准 3 项, 测量设备由计量室负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托河北省计量监督检测研究院、国家分析仪器质量监督检验中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由计量室保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 9 月 13 日~ 9 月 14 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

王银峰

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建