



项目编号: 0957-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东华特智慧科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发中心	数字万用表	097731393	VC890D	MPE= ±0.2mA	数字多用表检定装置: MPE=±0.05%	山东省计量科学研究院	2021.6.11	√
研发中心	接地电阻测试仪	15051092	ZC29B-2	MPE(A): ±1.50	接地电阻表检定装置: 0.05 级	山东省计量科学研究院	2021.6.10	√
研发中心	耐电压测试仪	04097	CC2672B	MPE (mA): ±5.00	耐电压测试仪检定装置: MPE:AC:±1.0% MPE:DC:±0.5%	山东省计量科学研究院	2020.9.29	√
生产部	游标卡尺	S131100096	(0-150)mm	MPE=± 0.03mm	卡尺量具检定装置: 量块: 3 等	山东省计量科学研究院	2021.6.4	√
研发中心	示波器	C011675	TDS1012C-EDU	U=2mA k=2	示波器检定装置: MPE=±(0.025%+25 μV/U _X)	山东省计量科学研究院	2021.6.16	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理程序》(HTZH/CL-CX14-2021)、《外部供方管理程序》(HTZH/CL-CX12-2021)、《溯源管理程序》(HTZH/CL-CX17-2021), 测量设备由研发中心负责溯源。公司测量设备全部委托山东省计量科学研究院检定校准, 证书由研发中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 09 月 18 日上午-2021 年 09 月 18 日下午

李革

审核员签字:

王月晓

部门代表签字: