



编号: 0957-2021

### 不符合项报告

|  |              |          |    |
|--|--------------|----------|----|
| 企业名称:  | 山东华特智慧科技有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 研发中心 (技术)   |              | 陪同人员: 杨悦 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>在研发中心 (技术) 发现规格型号为 VC890D 设备编号: 097731381 的数字万用表, 没有计量确认。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款 计量确认 总则</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>  √  </u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>  韩和岭  </u> 陪同人员 (签名) <u>  杨悦  </u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>  宋丽俊  </u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.9.18</p> |              |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>将规格型号为 VC890D 设备编号: 097731381 的数字万用表送到有资质的计量检定机构进行校准合格之后再投入使用。并按照 HTZH/CL-CX19-2021 《测量设备管理程序》进行管理。</p> <p>企业部门代表签名: <u>  宋丽俊  </u> 审核员签名: <u>  韩和岭  </u> 日期: 2021.9.18</p>  |              |          |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">整改措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>  韩和岭  </u> 日期: 2021.9.18</p>  |              |          |    |

可另附页