



编 号: 0097-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	水准测量		被测参数要求(含公差)	(10~60)m $\pm 20\text{mm/km}$	
被测参数要求识别依据文件					
计量要求导出方法(可另附) 根据 1/3 比例 计算得出允许误差为 7mm/km 见附件。					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	水准仪	DSZ 2	$\pm 1.5\text{mm/km}$	JD262019-02-4566	2019.2.21
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
计量验证记录 验证结果 准确 符合 满足要求。					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 陈关宇			验证日期: 2019 年 2 月 26 日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 代表。 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确。 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足。 4. 测量设备是否检定/校准? 检定。 5. 测量设备验证是否正确? 正确。					
审核员意见: 以上记录符合要求					
企业代表签字: 陈关宇			审核日期: 2019 年 11 月 21 日		