






受理编号: 0993-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	甲醛释放量测定过程	被测参数要求(含公差)	甲醛释放量, 限量值 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$		
被测参数要求识别依据文件		GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》			
计量要求导出方法(可另附) 甲醛释放量的限量值为 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 一般检测结果 $(0.5-1.1)\text{mg}/\text{m}^3$ 测量过程的测量范围要求: $(0-1.2)\text{mg}/\text{m}^3$ $U_{\text{允}} = T/3 = 0.6/3 = 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 根据检测标准 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.60 甲醛释放量测定-1m³气候箱					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	1 立方米甲醛释放量环境舱/ QP11-1906-01C	QP11	$t \pm 0.5^\circ\text{C}$, $k=2$ $t \pm 2.0\%\text{RH}$, $k=2$	ACCU2021T83-0026 47	2021.6.28
计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求, 测量设备的示值误差小于测量设备最大允许误差, 满足计量要求。 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2021 年 9 月 25 日					
审核记录: 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确, 测量设备已进行校准, 验证合格, 满足计量要求。 审核员签名:  企业代表签字:  审核日期: 2021 年 9 月 28 日					