



编号: 0993-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京黎明文仪家具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
办公家具事业部	数显卡尺	20040705	(0-150) mm	±0.03mm	量块 4 等	中检世标(北京)计量检验有限公司	2021.04.19	√
办公家具事业部	深弓千分尺	180619193	(0-25) mm	±4μm	量块 4 等	中检世标(北京)计量检验有限公司	2021.04.19	√
办公家具事业部	钢直尺	GJ-005	(0-300) mm	U=0.07mm k=2	线纹尺测量仪 检定装置 U=0.01mm k=2	中检世标(北京)计量检验有限公司	2021.04.19	√
办公家具事业部	数显千分尺	SH1912A0184	(0-25) mm	±2μm	量块 4 等	中检世标(北京)计量检验有限公司	2021.04.19	√
办公家具事业部	电子计价秤	10781	ACS-50	III 级	砝码 F ₁ 砝码 F ₂ 砝码 M ₁	中检世标(北京)计量检验有限公司	2021.04.21	√
黎明家具检测中心	1 立方米 甲醛释放量环境舱	QP11-1906	QP11	U=0.5℃, k=2 U=2.0%RH, k=2	数据采集器 U=0.15℃, k=2	上海奥策计量检测技术有限公司	2021.6.28	√
黎明家具检测中心	木材水分测定仪	20200110003	MC-7806	U=2.0%, k=2	电子天平 1 级	广东精衡检测科技有限公司	2021.01.10	√
黎明家具检测中心	千分之一天平	20200110009	UTP-313L	II 级	砝码 F1 级	广东精衡检测科技有限公司	2021.01.10	√

审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认过程控制程序》、《外部供方控制程序》、《量值溯源控制程序》和《测量设备控制程序》, 对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司测量设备实施委外检定/校准, 检定/校准机构包括中检世标(北京)计量检验有限公司、广东精衡检测科技有限公司等多家机构。公司的测量设备统一由公司黎明家具检测中心统一组织送外校准/检定, 校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价, 校准/检定证书统一由检测中心分别自行保存。抽查证书 8 套, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 9 月 27 日~2021 年 9 月 28 日

审核员签字: 魏志刚

部门代表签字: 李洪磊

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。