



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	甲醛释放量测定过程		企业部门		黎明检测中心	
被测参数 要求	参数 M	甲醛释放量	测量过程计量要求		最大允许误差	/
	公差 T	/			允许不确定度	0.2 mg/m ³ , k=2
	其他要求	限量值 0.124mg/m ³			其他要求	/
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	示值误差	其他计量特性		满足
1m ³ 甲醛气候箱	/	$l=0.5^{\circ}\text{C}, k=2$ $l=2.0\%\text{RH}, k=2$	/	1m ³		
测量过程控制规范编号	GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》					满足
测量方法编号	GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》					满足
环境条件	温度 (23±1) °C, 相对湿度 (50±5) %, 空气置换率 1 次/h					满足
操作人员姓名	白月					满足
测量不确定度评定方法	按 JJF1059.1-2012 进行评定, 评定流程符合标准要求, 见附件					满足
有效性确认方法	对过程要素和测量结果分别进行了确认, 确认过程有效, 见附件					满足
测量过程监视方法、 监视记录	采用不同实验室间比对的方法进行核查, 对结果进行分析。2021 年已开展比对, 结果满足。见提供附件。					满足
控制图绘制(如果有)	/					/
综合评价	查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求: 测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗; 测量不确定度评定方法采用 A、B 类合成然后扩展, 符合要求; 测量过程监视采用实验室间比对方法, 具体见附件。根据比对测试记录, 过程受控, 并保持有效。 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2021 年 9 月 28 日 审核员:

姜凯志刚

企业部门代表:

李洪磊