



## 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	石家庄市纳其尔日化有限公司	陪同人员	张建英
受审核部门	生技部	预计整改完成日期	2021. 10. 30
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对天平、滴定管经检定合格使用的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.5条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: <i>古洁</i>                      审核组长: <i>古洁</i>                      受审核方代表: <i>张建英</i>  日期: 2021.10.3                      日期: 2021.10.3                      日期: 2021.10.3</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><i>提供了“天平、滴定管的校准证书, 培训记录”,</i> <i>经验证, 采取的措施有效。</i></p> <p style="text-align: right;">审核组长: <i>古洁</i>                      日期: 2021.10.10</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未及时对天平、滴定管送检。
纠正情况: 及时将天平、滴定管送检。
原因分析: 生技部负责人工作疏忽大意。
纠正措施: 针对此不符合对生技部人员进行培训。
预定完成日期: 2021-10-15
举一反三检查情况: 经查无类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证: 上述措施已完成, 经验证有效。
验证人: 张某某 日期: 2021.10.9 受审核方代表: 张某某 日期: 2021.10.9



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZLX202136820  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

委托单位: 石家庄市纳其尔日化有限公司  
Customer: \_\_\_\_\_

客户地址: 河北省石家庄市深泽县  
Address: \_\_\_\_\_

样品名称: 无塞滴定管  
Sample's Name: \_\_\_\_\_

型号/规格: 25mL  
Type/Specification: \_\_\_\_\_

制造厂商: 天玻  
Manufacturer: \_\_\_\_\_

出厂编号: 211001  
Ex-Factory No.: \_\_\_\_\_

(校准专用章)

批准人  
Approved By 李坤

核验员  
Checked By 王彦明

校准员  
Calibrated By 陈飞

接收日期:	2021	年	10	月	08	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期:	2021	年	10	月	08	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期:	2021	年	10	月	08	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZLX202136819  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

**委托单位:** 石家庄市纳其尔日化有限公司  
**Customer:**

**客户地址:** 河北省石家庄市深泽县  
**Address:**

**样品名称:** 电子天平  
**Sample's Name:**

**型号/规格:** JA2003N  
**Type/Specification:**

**制造厂商:** 上海佑科仪器仪表有限公司  
**Manufacturer:**

**出厂编号:** YS07201912026  
**Ex-Factory No.:**

(校准专用章)

批准人  
Approved By 李坤

核验员  
Checked By 王彦明

校准员  
Calibrated By 陈飞

<b>接收日期:</b> Received Date	2021	年	10	月	08	日
<b>校准日期:</b> Calibration Date	2021	年	10	月	08	日
<b>发布日期:</b> Issue Date	2021	年	10	月	08	日

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>

## 培 训 记 录

时 间	2021.10.7	地 点	会议室
主 讲	张建英		
参加人员	生技部全体		
培 训 主 要 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.5 条款内容及其理解；</li><li>2、本公司管理体系文件相关内容；</li><li>3、纠正措施实施控制要求。</li></ol>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人：张建英</p>		