



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄玉吉日化有限公司	陪同人员	邢栓强
受审核部门	生技部	预计整改完 成日期	2021. 10. 30
不符合事实描述: 现场审核发现, 未提供对天平、滴定装置进行了检定合格使用的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 邢栓强 日期: 2021.10.6 日期: 2021.10.6 日期: 2021.10.6			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“天平、滴定管校准证书, 培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 左洁 日期: 2021.10.10			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对天平, 滴定管进行校准合格使用.

纠正情况:

由生技部将天平, 滴定管送相关单位校准.

原因分析:

对生技部人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合项对生技部培训.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证有效.

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

邵拴强 2021.10.9



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9332

校准证书编号: ZXLX202136821
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

委托单位:

Customer:

石家庄玉吉日化有限公司

客户地址:

Address:

河北省石家庄市深泽县

样品名称:

Sample's Name:

电子天平

型号/规格:

Type/Specification:

BSM-220.4

制造厂商:

Manufacturer:

上海卓精电子科技有限公司

出厂编号:

Ex-Factory No.:

1243912236

批准人
Approved By

李峰

(校准专用章)

核验员
Checked By

王彦明

校准员
Calibrated
By

陈飞

接收日期:

Received Date

2021

年

10

月

08

日

Year

Month

Day

校准日期:

Calibration Date

2021

年

10

月

08

日

Year

Month

Day

发布日期:

Issue Date

2021

年

10

月

08

日

Year

Month

Day

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402

Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan

电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576

官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9332

校准证书编号: ZXLX202136824
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

河北正信检测技术服务有限公司

校准证书

委托单位 : 石家庄玉吉日化有限公司
Customer: _____

客户地址 : 河北省石家庄市深泽县
Address: _____

样品名称 : 无塞滴定管
Sample's Name: _____

型号/规格 : 25mL
Type/Specification: _____

制造厂商 : 天玻
Manufacturer: _____

出厂编号 : 211001
Ex-Factory No.: _____

(校准专用章)

批准人
Approved By 李峰

核验员
Checked By 王彦明

校准员
Calibrated By 陈飞

接收日期:	2021	年	10	月	08	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期:	2021	年	10	月	08	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期:	2021	年	10	月	08	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402

Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan

电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576

官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>

培 训 记 录

时 间	2021.10.5	地 点	会议室
主 讲	邢栓强		
参加人员	生技部全体		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.5 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：邢栓强		