



测量设备溯源抽查表

编号: 0283-2020-2021

企业名称	中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
测绘院	GPS接收机	VBR15836970	iRTK4	测量误差 2.1mm	GPS 接收机检定 场地 相对精度 ≤1/4110000	北京市计量检测科学研究院	2021.10.20	√
测绘院	GPS接收机	VASC13771039	iRTK10	测量误差 2.1mm	GPS 接收机检定 场地 相对精度 ≤1/4110000	北京市计量检测科学研究院	2021.10.20	√
测绘院	全站仪	ZA2277	GPT-1002	水平方向标准 偏差 1.3" 竖直角测角偏差 标准 1.5" 综合精度 Md=±3.58mm	全站检定装置 测角 (0-360) °C 测距 (0-2) km 测角 MPE:0.3" 测距≤1×10 ⁻⁶	金天维地测绘仪器有限公司邯郸分公司	2021.04.21	√
测绘院	全站仪	4E0350	GPT-3005N	水平方向标准 偏差 1.3" 竖直角测角偏差 标准 1.5" 综合精度 Md=±3.32mm	全站检定装置 测角 (0-360) °C 测距 (0-2) km 测角 MPE:0.3" 测距 1×10 ⁻⁶	金天维地测绘仪器有限公司邯郸分公司	2021.04.21	√
测绘院	GPS接收机	S82552117131509WSS	银河 1	测量误差 2.0mm	GPS 接收机检定 场地 相对精度 ≤1/4110000	北京市计量检测科学研究院	2021.04.21	√

审核综合意见:

企业未建立最高计量标准, 测量设备由测绘院负责溯源。企业测量设备分别委托“北京市计量检测科学研究院【计量检定机构授权证书号: (国) 法计 (2017) 01007 号】”、“金天维地测绘仪器有限公司邯郸分公司【计量检定机构授权证书号: (邯) 法计 (2016) SH051 号】”等机构检定/校准, 校准/检定证书由测绘院保存。

审核日期: 2021 年 10 月 25 日上午至 2021 年 10 月 26 日上午

审核员签字:

谢益生

部门代表签字:

司章