



测量设备溯源抽查表

编号: 0263-2020-2021

企业名称	德州隆科石油装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	布氏硬度计	8904 (TJ-96)	HB-3000 B	$U_{rel}=0.8\%, k=2$ $\pm 2\%$	标准布氏硬度块: 均匀度 1.4%	深圳新广行检测技术有限公司	2021.03.24	√
生产部	热电偶	02	WRN-130	$U=1.0^{\circ}\text{C}, k=2$	一等铂铑热电偶检定装置: 一等	山东龙成检测技术有限公司	2021.09.24	√
生产部	数显中圆图记录仪	0808061	SZJ-101	$U=$ $(0.2\sim 0.8)^{\circ}\text{C}, k=2$ $\pm 5^{\circ}\text{C}$	过程校验仪: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$	深圳新广行检测技术有限公司	2021.09.23	√
生产部	游标卡尺	0903052855	(0-300) mm	$U=0.02\text{mm}, k=2$ $\pm 0.04\text{mm}$	量块: 4 等	深圳新广行检测技术有限公司	2020.12.26	√
生产部	圆螺纹套管螺纹工作量规	0722	1P001-01	$U=0.025\text{mm}, k=2$	校对规: $U=0.006\text{mm}, k=2$	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2021.06.26	√
生产部	精密压力表	20144801	YB-150	$U=0.038\%\text{FS}, k=2$	活塞压力计: 0.02 级	深圳市计量质量检测研究院	2021.09.11	√

审核综合意见:

抽查《测量设备台账》中 6 台测量设备的校准证书, 其校准结果的量值溯源符合要求。企业测量设备分别委托“深圳新广行检测技术有限公司【机构注册号: CNAS L4802】”、“山东龙成检测技术有限公司【机构注册号: CNAS L12930】”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心【机构注册号: CNAS L3330】”、“深圳市计量质量检测研究院【机构注册号: CNAS L0579】”等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。

审核日期: 2021 年 10 月 27 日上午~10 月 27 日 下午

审核员签字:

部门代表签字: