



不符合项报告

企业名称:	江苏中冶液压件有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 闻志彬	
不符合事实描述: 检查生产车间现场在用的编号 17097435, 0-50mm/0.01mm 的深度千分尺, 未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u>; 审核员(签名) <u>吴志平</u> 陪同人员(签名) <u>闻志彬</u> 企业部门代表(签名) <u>闻艾莲</u> 日期: <u>2021.11.13</u>			
纠正措施: <u>将在用的编号 17097435, 0-50mm/0.01mm 的深度千分尺, 立即送检溯源, 举一反三检查现场在用的测量设备, 有无类似情况, 一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>闻艾莲</u> 审核员签名: <u>吴志平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴志平</u> 日期: <u>2021.11.13</u>			

可另附页

