



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (1) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安铂士顿电气设备制造有限公司	陪同人员	雷媛媛
受审核部门	技术生产部	预计整改完成日期	2021.10.30

不符合事实描述:

不能提供在用充电桩测试仪、数字示波器、万用表的有效检定或校准证据,不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 李刚

审核组长: 李刚

受审核方代表: 雷媛媛

日期: 2021.10.12

日期: 2021.10.12

日期: 10.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件, 校准证书, 培训证书, 实施有效。

审核员: 李刚

日期: 2021.11.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用充电桩测试仪、数字示波器、万用表的有效检定或校准证据, 不符合标准要求。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。

预定完成日期: 2021. 10. 30

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已校准合格, 实施有效。

验证人:

曹俊俊

日期:

11-8

受审核方代表:

曹俊俊

日期:

11-8

员工培训考核记录表

时间：2021.10.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 雷媛媛
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的要求； 4. 学习法律法规和其它要求获取、识别的要求，疫情防控的重要性； 5. 学习公司计量器具校准的基本要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：雷媛媛 日期：2021 年 10 月 20 日	



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK2110230862

委托方:

Client:

西安铂士顿电气设备制造有限公司

委托方地址:

Address:

西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室

仪器名称:

Description:

充电桩测试仪

型号/规格:

Model/Type:

ST-980

制造商:

Manufacturer:

深圳市赛特新能科技有限公司

出厂编号:

Serial No.:

/

管理编号:

Asset No.:

/

校准日期:

Calibration Date.:

2021

年

Y

10

月

M

23

日

D

校准:

Calibrated by:

林贞杰

核 验:

Inspected by:

潘小利

发证单位 (专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

Approved by:

江伟文

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件 (E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 4 页

Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK2110230864

委托方:

Client:

西安铂士顿电气设备制造有限公司

委托方地址:

Address:

西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室

仪器名称:

Description:

示波器

型号/规格:

Model/Type:

UTD2102CEX

制造商:

Manufacturer:

优利德

出厂编号:

Serial No.:

6935750590669

管理编号:

Asset No.:

/

校准日期:

Calibration Date.:

2021

年

10

月

23

日

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

林贞杰

核 验:

Inspected by:

潘小利

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com

公众号



证书查询



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 4 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2110230863

委托方:
Client: 西安铂士顿电气设备制造有限公司

委托方地址:
Address: 西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室

仪器名称:
Description: 万用表

型号/规格:
Model/Type: VC890D

制造商:
Manufacturer: /

出厂编号:
Serial No.: /

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2021 年 10 月 23 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核 验:
Inspected by: 潘小利

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):

批 准:
Approved by: 江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询