



编号: 1024-2021

### 测量设备溯源抽查表

|      |             |            |                      |                                                                                                                   |                                          |                |            |               |
|------|-------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 企业名称 | 扬州昌润仪表有限公司  |            |                      |                                                                                                                   |                                          |                |            |               |
| 部门   | 测量设备名称      | 测量设备编号     | 型号规格                 | 测量设备计量特性                                                                                                          | 测量标准装置名称及技术参数                            | 检定/校准机构        | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 生产部  | 水表检定装置 (串联) | 20916      | LBJ(15~25) mm        | 0.2 级                                                                                                             | 标准金属量器/055: 二等                           | 江苏省计量科学研究院     | 2021.10.13 | √             |
| 生产部  | 百分表         | 02         | (0~10) mm            | 任意 1 mm: $\leq 10\mu\text{m}$<br>全量程: $\leq 20\mu\text{m}$<br>回程误差: $\leq 3\mu\text{m}$<br>$U=5\mu\text{m} (k=2)$ | 光栅式指示标检定仪 /FT-50B: $\leq 6.0\mu\text{m}$ | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2021.01.26 | √             |
| 生产部  | 游标卡尺        | 01         | (0~150) mm           | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.02\text{mm} (k=2)$                                                                    | 量块/12 块组: 5 等                            | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2021.01.26 | √             |
| 生产部  | 电子秤         | 202008152  | 5kg/0.1g             | $U=1.1\text{g} (k=2)$                                                                                             | 砝码:<br>1mg~500g/E2 等级<br>(1~20) kg/F1 等级 | 上海捷祥测控技术有限公司   | 2021.09.22 | √             |
| 生产部  | 压力表         | 140402070  | (0~4.0)MPa<br>/1.6 级 | $U_{\text{rel}}=0.4\% (k=2)$                                                                                      | 数字压力计:<br>(0~6.0MPa) /0.05 级             | 上海捷祥测控技术有限公司   | 2021.09.22 | √             |
| 生产部  | 数字万用表       | C201523874 | UT890C+              | $U_{\text{rel}}=0.05\% (k=2)$                                                                                     | 多功能校准仪:<br>ACI: $U=0.03\%, (k=2)$        | 上海捷祥测控技术有限公司   | 2021.09.22 | √             |

#### 审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、无锡精纬计量检验检测有限公司和上海捷祥测控技术有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 16 日上午~2021 年 10 月 17 日上午

审核员签字:

孙小燕

部门代表签字:

王婷